

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

سری ساخت : ۳۳۴۰۲۲۰۱

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

| %CV | SD | SD ₂ - | SD ₁ - | MEAN | SD ₁ | SD ₂ | SD ₂ |
|-------|------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۰۱۲ | ۰.۱۸ | ۵.۴۳۴ | ۵.۶۰۴ | ۵.۹۶۴ | ۶.۱۴۴ | ۶.۲۳۴ | ۶.۵۰۴ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۵.۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
| ۵.۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
| ۶.۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
| ۵.۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
| ۵.۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
| ۶.۱۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
| ۵.۷۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶.۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
| ۵.۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
| ۶.۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
| ۵.۷۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
| ۶.۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
| ۵.۸۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
| ۶.۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
| ۵.۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
| ۶.۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۶.۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
| ۶.۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
| ۵.۸۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
| ۶.۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
| ۶.۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
| ۶.۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
| ۶.۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
| ۵.۸۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
| ۶.۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |

| | | |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 2.646 | SD: 0.159 | Mean: 6.009 |
|------------|-----------|-------------|

