

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : FSH  
عنوان دستگاه : abbot

| %CV   | SD    | SD <sub>2</sub> - | SD <sub>3</sub> - | SD <sub>1</sub> - | MEAN  | SD <sub>1</sub> | SD <sub>2</sub> | SD <sub>3</sub> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۳.۵۴۶ | ۰.۱۸۵ | ۴.۶۶۷             | ۴.۸۵۲             | ۵.۰۳۷             | ۵.۲۳۲ | ۵.۴۰۷           | ۵.۵۹۲           | ۵.۷۷۷           |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
| ۵.۴   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
| ۵.۲   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
| ۵.۲   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
| ۵.۲۲  | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵.۳۶  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
| ۵.۲   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
| ۵.۴   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
| ۵.۳   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
| ۵.۴   | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۵.۰۸  | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
| ۵.۲   | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
| ۵.۲۹  | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
| ۵.۴۸  | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
| ۵.۳   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
| ۵.۴   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
| ۵.۵   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
| ۵.۳۲  | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |

|            |           |             |
|------------|-----------|-------------|
| CV%: 2.341 | SD: 0.125 | Mean: 5.357 |
|------------|-----------|-------------|

