

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۲/۱۹:

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۱۹۱۶۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴	۲.۱۶۷	۱۵.۲۹۹	۱۷.۴۶۶	۱۹.۶۳۳	۲۱.۸	۲۳.۹۶۷	۲۶.۱۳۴	۲۸.۳۰۱

مقدار	تاریخ
۲۰.۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۱۸.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹
۲۱.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱
۲۲.۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲
۱۹.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۲۲.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۵
۱۹.۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸
۱۸.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۹.۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰
۱۸.۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۸.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۲
۱۹.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۲۰.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۲۰.۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۱۸.۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۲۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۸
۲۱.۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۲۰.۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰
۲۰.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۲۰.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۰.۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷

مقدار	تاریخ
۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹
۲۰.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۰
۱۹.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۱
۲۲.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۲
۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴
۱۸.۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۱۸.۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۱۸.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۱۹.۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲۱.۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲۲.۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱

CV%: 7.874	SD: 1.608	Mean: 20.42
------------	-----------	-------------

