

UNIVERSAL I : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۱/۰۴/۲۰:

FSH : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۵۵۸۰۱۲

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴	۱.۹۶۷	۱۳.۸۹۹	۱۵.۸۶۶	۱۷.۸۳۳	۱۹.۸	۲۱.۷۶۷	۲۳.۷۳۴	۲۵.۷۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
۱۹.۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۶
۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۷
۲۱.۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۹
۲۱.۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰
۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۶.۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۹
۱۷.۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۰
۱۹.۸۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۱
۱۷.۱۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۲
۱۷.۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸
۱۷.۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹
۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲
۲۰.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۳
۱۸.۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۶.۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۰
۱۸.۴۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۱۸.۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۳
۱۸.۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵
۱۹.۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۶
۱۸.۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۸
۱۷.۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۵
۱۸.۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶
۱۶.۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۸

CV%: 9.481	SD: 1.792	Mean: 18.903
------------	-----------	--------------

