

عنوان کنترل : abbot-1  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : FSH  
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۴.۹۹۳	۰.۲۶۴	۴.۴۸۶	۴.۷۵	۵.۰۱۴	۵.۳۷۸	۵.۵۴۳	۵.۸۰۶	۶.۰۷

مقدار	تاریخ
۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۵.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴
۵.۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۵
۵.۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶
۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸
۵.۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹
۵.۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲
۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۵.۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۵.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۵.۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۵.۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۹
۵.۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مقدار	تاریخ
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۴.۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۵.۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳
۵.۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴
۵.۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۵.۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۵.۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۵.۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۰
۵.۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۱

CV%: 4.091	SD: 0.218	Mean: 5.329
------------	-----------	-------------

