

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۱۷۸	۰.۲۲۲	۴.۶۵۴	۴.۸۷۶	۵.۰۹۸	۵.۲۳	۵.۵۴۳	۵.۷۶۴	۵.۹۸۶

مقدار	تاریخ
۵.۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵.۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۵.۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵.۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۵.۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۵.۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۵.۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۵.۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۵.۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵
۵.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۶
۵.۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴.۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۵.۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰
۵.۶	۱۴۰۱/۰۹/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱
۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲
۵.۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۳
۵.۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۵
۵.۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶
۵.۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷
۵.۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵.۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۴.۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰

CV%: 3.652	SD: 0.19	Mean: 5.211
------------	----------	-------------

