

عنوان کنترل : abbot-1
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۳۱۱

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۱.۹۵۲	۰.۱۰۳	۴.۹۶	۵.۰۶۳	۵.۱۶۶	۵.۲۶۹	۵.۳۷۲	۵.۴۷۵	۵.۵۷۸

مقدار	تاریخ
۵.۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹
۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۵.۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مقدار	تاریخ
۵.۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۱
۵.۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۵.۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴
۵.۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶
۵.۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۷
۵.۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۵.۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۵.۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۵.۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶
۵.۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۷
۵.۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹
۵.۱۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰

CV%: 2.067	SD: 0.108	Mean: 5.214
------------	-----------	-------------

