

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳	۲,۷۳۳	۳۲,۶۰۱	۳۵,۳۳۴	۳۸,۰۶۷	۴۰,۸	۴۳,۵۳۳	۴۶,۲۶۶	۴۸,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳۸,۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰
۳۶,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۷,۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴
۳۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۷,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۳۹,۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸

مقدار	تاریخ
۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۳۶,۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷
۳۷,۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰
۳۸,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱
۳۷,۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳

CV%: 3.318	SD: 1.257	Mean: 37.892
------------	-----------	--------------

