

عنوان کنترل : abbot-3
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

عنوان آزمایش : FSH
عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۴۳۵	۱,۳۰۶	۳۴,۱۰۹	۳۵,۴۱۵	۳۶,۷۲۱	۳۸,۰۲۷	۳۹,۳۳۳	۴۰,۶۳۹	۴۱,۹۴۵

مقدار	تاریخ
۳۶,۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷
۳۶,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸

مقدار	تاریخ
۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹
۳۸,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰
۳۷,۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱
۳۸,۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۵

مقدار	تاریخ
۳۶,۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱
۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۲
۳۸,۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳
۳۷,۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴
۳۹,۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸

CV%: 3.537	SD: 1.336	Mean: 37.773
------------	-----------	--------------

