

عنوان کنترل : abbot-2

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۲

عنوان آزمایش : FSH

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۶۷	۰.۸۶۸	۱۵.۹۷۱	۱۶.۸۳۹	۱۷.۷۰۷	۱۸.۵۷۵	۱۹.۴۴۳	۲۰.۳۱۱	۲۱.۱۷۹

مقدار	تاریخ
۱۷.۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵
۱۹.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶
۱۸.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷
۱۸.۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸
۱۸.۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹
۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۱۷.۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
۱۷.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵
۱۸.۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۷
۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸
۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۹
۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰
۱۷.۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۱
۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲

مقدار	تاریخ
۱۷.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱
۱۸.۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۳
۱۹.۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴
۱۸.۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۵
۱۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۸.۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۸.۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۰
۱۸.۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱
۱۷.۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۲

CV%: 3.076	SD: 0.559	Mean: 18.168
------------	-----------	--------------

