

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : FSH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۲.۶۹۶	۰.۱۰۶	۲.۶۳۷	۲.۷۳۳	۳.۹۴۵	۴.۰۵۱	۴.۱۵۷	۴.۲۶۳

مقدار	تاریخ
۳.۹۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۳
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۴.۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۴.۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۴	۱۳۹۹/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۸۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۳.۹۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۳.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۳.۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۴.۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۴.۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۳.۹۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۳.۸۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴
۳.۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۳.۹۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۳.۹۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷
۳.۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸
۳.۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹
۳.۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۱

CV%: 2.831	SD: 0.112	Mean: 3.954
------------	-----------	-------------