

## آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

عنوان کنترل : abbot-1

شروع کنترل : ۱۳۹۹/۰۶/۰۲

سری ساخت : ۳۳۹۰۸۱۹۱

عنوان آزمایش : FSH-CLIA

عنوان دستگاه : abbot

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۲.۸۰۵	۰.۱۱۲	۲.۶۴۲	۲.۷۵۴	۳.۹۷۸	۴.۰۹	۴.۲۰۲	۴.۳۱۴

مقدار	تاریخ
۳.۹۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۳.۹۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۳.۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳.۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۳.۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴.۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۳.۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۳.۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۳.۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۳.۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴.۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۳.۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۳.۸۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴.۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۳.۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴.۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 2.662	SD: 0.106	Mean: 3.977
------------	-----------	-------------