

عنوان آزمایش : Estriol (Free)-CLIA  
عنوان دستگاه : simense  
سری ساخت : ۰۱  
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۱۱/۰۱  
عنوان کنترل : پولد سرم

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>3</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>3</sub>
۶.۳	۰.۴	۸.۲۶	۸.۶۶	۹.۰۶	۹.۴۶	۹.۸۶	۱۰.۲۶	۱۰.۶۶

مقدار	تاریخ
۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۰.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹.۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۹.۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۸.۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۸

مقدار	تاریخ
۹.۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۹.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۸.۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۹.۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۸.۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۹.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۷
۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۰.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۹

مقدار	تاریخ
۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۲
۹.۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۳
۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۹.۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۹.۵۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۹.۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۰.۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 4.867	SD: 0.46	Mean: 9.45
------------	----------	------------

