

biorad II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :  
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳.۳۸۷	۰.۱۵۲	۴.۰۴۱	۴.۱۹۳	۴.۳۴۵	۴.۴۹۷	۴.۶۴۹	۴.۸۰۱	۴.۹۵۳

مقدار	تاریخ
۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۴.۶۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۶
۴.۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
۴.۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۸
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۹
۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۴.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۴.۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۴.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۴.۴۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۴.۵۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۴.۵۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۴.۴۹	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۴.۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۴.۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴.۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۴.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۱

CV%: 3.638	SD: 0.164	Mean: 4.514
------------	-----------	-------------

