

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۲.۵۷	۰.۱۶۱	۴.۰۱۳	۴.۱۷۴	۴.۳۳۵	۴.۴۹۶	۴.۶۵۷	۴.۸۱۸	۴.۹۷۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۴
۴.۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۶
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۷
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۹
۴.۶۶	۱۴۰۰/۰۳/۳۰
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۱
۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۴.۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۳
۴.۵۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۷
۴.۵۷	۱۴۰۰/۰۳/۱۸
۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۱۹
۴.۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۴.۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۲
۴.۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۲۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۴.۲۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۴.۶۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۴
۴.۶۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۵
۴.۴۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۶
۴.۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۸
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۹
۴.۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰

CV%: 3.732	SD: 0.167	Mean: 4.478
------------	-----------	-------------

