

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۳۸۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۷۷۵	۰.۲۱۳	۳.۸۱۹	۴.۰۳۲	۴.۴۵۸	۴.۶۷۱	۴.۸۸۴	۵.۰۹۷

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴
۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۵
۴.۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۷
۴.۳۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۴.۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۹
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۴.۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۴.۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۵
۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۶
۴.۳۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۷
۴.۴۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۴.۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۴.۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۱
۴.۷۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴.۵۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۳

مقدار	تاریخ
۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۱
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۴.۳۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳
۴.۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۴
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۶
۴.۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۷
۴.۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۸
۴.۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۰
۴.۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۳

CV%: 4.154	SD: 0.183	Mean: 4.406
------------	-----------	-------------

