

maternal control III : عنوان کنترل :  
شروع کنترل :  
۱۴۰۱/۰۲/۱۵:

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :  
simense : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۷۷۰۳

%CV	SD	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۲</sub> -	SD <sub>۱</sub> -	MEAN	SD <sub>۱</sub>	SD <sub>۲</sub>	SD <sub>۲</sub>
۸.۷	۰.۴۱۳	۳.۷۸۱	۴.۱۹۴	۴.۶۰۷	۵.۰۲	۵.۴۳۳	۵.۸۴۶	۶.۲۵۹

مقدار	تاریخ
۴.۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۹
۵.۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۴.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۴.۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۶

مقدار	تاریخ
۵.۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۴
۴.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵
۴.۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۴.۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۸

مقدار	تاریخ
۴.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵
۵.۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۵.۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۷
۵.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۲

CV%: 8.376	SD: 0.411	Mean: 4.905
------------	-----------	-------------

