

Control I : عنوان کنترل : عنوان آزمایش : (Estril (Free
 شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ : سری ساخت : ۶۳۵۰ : الیزابدر : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳۱.۱۲۷	۰.۴۸۶	۰.۱۰۲	۰.۵۸۸	۱.۰۷۴	۱.۵۶	۲.۰۴۶	۲.۵۳۲	۳.۰۱۸

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱
۰.۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
۱.۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳
۲.۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۸

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴
۱.۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۶
۱.۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷
۱.۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۸
۲.۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مقدار	تاریخ
۰.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۲
۰.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵
۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷
۱.۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸
۱.۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹
۱.۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۰

CV%: 31.498	SD: 0.431	Mean: 1.367
-------------	-----------	-------------

