

عنوان کنترل : randox
شروع کنترل: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

سری ساخت : ms۷۷۰۳

عنوان آزمایش : (Estriol (Free
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۸.۷	۰.۴۱۷	۳.۶۹۹	۴.۱۱۶	۴.۵۳۳	۴.۹۵	۵.۳۶۷	۵.۷۸۴	۶.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴
۴.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵
۵.۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۷
۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸
۵.۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱

مقدار	تاریخ
۴.۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱
۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۲
۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴
۵.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۷
۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹
۴.۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴.۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۹
۴.۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴.۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۲
۴.۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴
۴.۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۷
۴.۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹
۵.۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰

CV%: 8.208	SD: 0.391	Mean: 4.763
------------	-----------	-------------

