

عنوان آزمایش : (Estriol (Free  
عنوان دستگاه : simense  
عنوان کنترل : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵  
سری ساخت : ۸۱۵۳

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۶.۸۲۱	۰.۱۹۱	۲.۲۳	۲.۴۲۱	۲.۶۱۲	۲.۸۰۳	۲.۹۹۴	۳.۱۸۵	۳.۳۷۶

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳
۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۶
۳.۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
۲.۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷
۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۹
۲.۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۲

مقدار	تاریخ
۲.۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲
۳.۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۷
۳.۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۸
۳.۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹
۲.۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
۲.۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲

CV%: 8.854	SD: 0.255	Mean: 2.875
------------	-----------	-------------

