

عنوان آزمایش : Estriol (Free)

عنوان دستگاه : simense

سری ساخت : ۸۱۵۳

عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

randoxII

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
3.405	3.187	2.969	2.751	2.533	2.315	2.097	0.218	7.914

تاریخ	مقدار
25/01/1403	2.5

تاریخ	مقدار
18/01/1403	2.3
21/01/1403	2.81

Mean: 2.537	SD: 0.257	CV%: 10.13
-------------	-----------	------------

