

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

سری ساخت : ۴۰۲۸۲

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۶.۲۸۷	۰.۲۷۴	۳.۵۲۸	۳.۸۰۲	۴.۰۷۶	۴.۲۵	۴.۶۲۴	۴.۸۹۸	۵.۱۷۲

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴.۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۸
۴.۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۲
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۴
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵
۴.۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸
۴.۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۹
۴.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۰
۴.۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱
۴.۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳.۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵
۴.۷۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۴.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴.۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۸
۴.۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰
۴.۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱

CV%: 4.858	SD: 0.215	Mean: 4.42
------------	-----------	------------