

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۳۹۹/۰۵/۲۵:

Estriol (Free)-CLIA : عنوان آزمایش :
siemens : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۲۸۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۴.۸۹۲	۰.۲۱۸	۳.۷۹۷	۴.۰۱۵	۴.۲۳۳	۴.۴۵۱	۴.۶۶۹	۴.۸۸۷	۵.۱۰۵

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۲
۴.۵۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴
۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۷
۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۹
۳.۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

مقدار	تاریخ
۴.۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۲
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۴.۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۴.۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۶
۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۷
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۸
۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۹
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۱
۴.۴۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۲
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۳
۴.۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۴
۴.۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۵
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۶
۴.۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۸
۴.۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۴.۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۰

CV%: 4.785	SD: 0.216	Mean: 4.514
------------	-----------	-------------