

Premium III : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

Free PSA : عنوان آزمایش :
لیازون : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۱۸۷

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۳۹۷	۰,۷۲۱	۱۴,۲۳۷	۱۴,۹۵۸	۱۵,۶۷۹	۱۶,۴	۱۷,۱۲۱	۱۷,۸۴۲	۱۸,۵۶۳

مقدار	تاریخ
۱۶,۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
۱۷,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴
۱۸,۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶
۱۶,۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۸,۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۸,۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۱۷,۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۱۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۶,۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷
۱۷,۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۹
۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۰
۱۵,۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۷,۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱
۱۷,۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
۱۷,۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳
۱۵,۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵
۱۷,۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷
۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۶,۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲

CV%: 4.999	SD: 0.854	Mean: 17.09
------------	-----------	-------------

