

عنوان کنترل : abbott-III
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۵۱	۰,۵۴۱	۹,۷۷۱	۱۰,۳۱۲	۱۰,۸۵۳	۱۱,۳۹۴	۱۱,۹۳۵	۱۲,۴۷۶	۱۳,۰۱۷

مقدار	تاریخ
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۱۱,۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۷
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
۱۱,۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱
۱۱,۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۱۱,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۶
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۷
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۱۱,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱۱,۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸
۱۱,۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰

CV%: 3.176	SD: 0.359	Mean: 11.296
------------	-----------	--------------

