

عنوان کنترل : abbott-III
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۸	۰,۳۸۱	۱۰,۱۳۴	۱۰,۵۱۵	۱۰,۸۹۶	۱۱,۲۷۷	۱۱,۶۵۸	۱۲,۰۳۹	۱۲,۴۲

مقدار	تاریخ
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵
۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۸
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۴
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۶
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۷
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۱۱,۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۱
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲
۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶
۱۱,۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰
۱۰,۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۱

CV%: 2.276	SD: 0.257	Mean: 11.276
------------	-----------	--------------

