

عنوان کنترل : abbot-III
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbot
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۳۵	۰,۲۶۴	۱۰,۴۹۹	۱۰,۷۶۳	۱۱,۰۲۷	۱۱,۲۹۱	۱۱,۵۵۵	۱۱,۸۱۹	۱۲,۰۸۳

مقدار	تاریخ
۱۱,۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
۱۱,۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵
۱۱,۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۲
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۳
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۴
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵
۱۱,۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶
۱۱,۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۹
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۱
۱۱,۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴
۱۱,۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۵
۱۱,۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۱۱,۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸
۱۱,۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹
۱۱,۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۱

CV%: 1.27	SD: 0.144	Mean: 11.322
-----------	-----------	--------------

