

عنوان کنترل : abbott-I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۴۸	۰,۰۲۵	۰,۲۶۱	۰,۲۸۶	۰,۳۱۱	۰,۳۳۶	۰,۳۶۱	۰,۳۸۶	۰,۴۱۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۸
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰
۰,۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۷
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۹
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۰,۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

CV%: 3.759	SD: 0.013	Mean: 0.34
------------	-----------	------------

