

عنوان کنترل : abbott-I
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۱


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵,۱۳۵	۰,۰۱۷	۰,۲۸۶	۰,۳۰۳	۰,۳۲	۰,۳۳۷	۰,۳۵۴	۰,۳۷۱	۰,۳۸۸

مقدار	تاریخ
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶

مقدار	تاریخ
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۰
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
۰,۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
۰,۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۴
۰,۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۶

CV%: 2.343	SD: 0.008	Mean: 0.342
------------	-----------	-------------



Premium PlusII : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

Free PSA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۰,۷۴۵	۶,۶۳	۷,۳۷۵	۸,۱۲	۸,۸۶۵	۹,۶۱	۱۰,۳۵۵	۱۱,۱

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۸
۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۳
۸,۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵

CV%: 6.556	SD: 0.58	Mean: 8.85
------------	----------	------------

