

Premium PlusII : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

Free PSA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۸


%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۵۵۶	۰,۵۸	۷,۱۱	۷,۶۹	۸,۲۷	۸,۸۵	۹,۴۳	۱۰,۰۱	۱۰,۵۹

مقدار	تاریخ
۸,۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷
۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۵

مقدار	تاریخ
۸,۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷
۹,۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۸
۹,۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰
۸,۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۱

مقدار	تاریخ
۹,۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱
۸,۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳
۹,۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵
۸,۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۶

CV%: 4.534	SD: 0.404	Mean: 8.91
------------	-----------	------------



Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

Free PSA : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۲۸۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲	۰,۷۵۲	۶,۷۸۹	۷,۵۴۱	۸,۲۹۳	۹,۰۴۵	۹,۷۹۷	۱۰,۵۴۹	۱۱,۳۰۱

مقدار	تاریخ
۹,۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۸
۸,۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۴
۹,۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۵
۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷

مقدار	تاریخ
۸,۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹
۹,۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۰
۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۱
۸,۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۲

CV%: 4.275	SD: 0.386	Mean: 9.03
------------	-----------	------------

