

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

Free PSA : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۲۸۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۲۷۵	۰,۳۸۶	۷,۸۷۲	۸,۲۵۸	۸,۶۴۴	۹,۰۳	۹,۴۱۶	۹,۸۰۲	۱۰,۱۸۸

مقدار	تاریخ
۹,۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵
۹,۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶
۹,۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸
۹,۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹
۹,۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۸,۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۴
۹,۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶
۸,۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱
۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲
۹,۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۸,۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۱
۹,۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲
۸,۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۴
۸,۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷
۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹
۹,۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۰

CV%: 2.548	SD: 0.231	Mean: 9.068
------------	-----------	-------------

