

Premium II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۶/۱۸

Free PSA : عنوان آزمایش :
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :
سری ساخت : EC۲۲۸۶

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۷۳	۰,۲۸۷	۸,۱۹۴	۸,۴۸۱	۸,۷۶۸	۹,۰۵۵	۹,۳۴۲	۹,۶۲۹	۹,۹۱۶

مقدار	تاریخ
۹,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳
۹,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴
۹,۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۸,۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۷
۹,۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۸
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۹
۸,۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مقدار	تاریخ
۹,۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲
۸,۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳
۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۴
۸,۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵
۹,۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۷
۹,۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹
۹,۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۰
۸,۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۸,۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱
۹,۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲
۹,۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۳
۸,۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵
۹,۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶
۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷
۸,۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۹,۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۰

CV%: 1.932	SD: 0.175	Mean: 9.054
------------	-----------	-------------

