

Premium PlusII : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶


Free PSA : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۸

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۴۸	۰,۴۲۳	۷,۶۳۱	۸,۰۵۴	۸,۴۷۷	۸,۹	۹,۳۲۳	۹,۷۴۶	۱۰,۱۶۹

مقدار	تاریخ
۸,۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶
۹,۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷

مقدار	تاریخ
۹,۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳
۸,۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴

CV%: 4.587	SD: 0.408	Mean: 8.9
------------	-----------	-----------



عنوان کنترل : abbott-III
شروع کنترل: ۱۴۰۳/۰۹/۰۸

عنوان آزمایش : Free PSA
عنوان دستگاه : abbott
سری ساخت : //۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷	۰,۷۷	۹,۲۸	۱۰,۰۵	۱۰,۸۲	۱۱,۵۹	۱۲,۳۶	۱۳,۱۳	۱۳,۹

مقدار	تاریخ
۱۱,۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲
۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
۱۱,۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
۱۲,۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸

مقدار	تاریخ
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰
۱۲,۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱
۱۱,۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۴
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵
۱۲,۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹
۱۱,۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۸
۱۱,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۱۲,۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۳
۱۰,۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴
۱۱,۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷
۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹

CV%: 4.538	SD: 0.52	Mean: 11.458
------------	----------	--------------

