

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۰۵:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

Free T3 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۳	۰.۹۳۳	۱۲.۶۰۱	۱۳.۵۳۴	۱۴.۴۶۷	۱۵.۴	۱۶.۲۳۳	۱۷.۲۶۶	۱۸.۱۹۹

مقدار	تاریخ
۱۵.۹۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۵
۱۶.۲۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۵.۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۵.۹۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۸
۱۴.۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۴.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴.۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶

مقدار	تاریخ
۱۵.۲	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
۱۶.۵۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۵
۱۶.۵۵	۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۱۵.۷۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۹
۱۵.۸۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۵.۸۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۱
۱۵.۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲
۱۵.۴۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۵.۱۳	۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۵	۱۴۰۰/۱۰/۰۶
۱۴.۸۷	۱۴۰۰/۱۰/۰۷
۱۵.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۵.۰۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۵.۰۳	۱۴۰۰/۱۰/۱۱
۱۵.۱۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۶.۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۱۳

CV%: 4.133	SD: 0.638	Mean: 15.438
------------	-----------	--------------

