

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۰/۱۰/۰۵:

Free T3 : عنوان آزمایش :  
کوباس ۶۰۰۰ : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

%CV	SD	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>2</sub> -	SD <sub>1</sub> -	MEAN	SD <sub>1</sub>	SD <sub>2</sub>	SD <sub>2</sub>
۵.۷۹۲	۰.۸۷۹	۱۲.۵۳۶	۱۳.۴۱۵	۱۴.۲۹۴	۱۵.۱۷۳	۱۶.۰۵۲	۱۶.۹۳۱	۱۷.۸۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۷۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۸
۱۴.۰۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۹
۱۳.۶۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۰
۱۳.۹۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۱

مقدار	تاریخ
۱۶.۴۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۱
۱۵.۲۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۲
۱۴.۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۳
۱۵.۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴
۱۴.۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۳.۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

مقدار	تاریخ
۱۴.۴۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۴
۱۴.۷۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵
۱۴.۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶
۱۴.۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۷
۱۴.۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۹
۱۵.۵۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۰

CV%: 5.253	SD: 0.767	Mean: 14.606
------------	-----------	--------------

