

عنوان کنترل : biorad III  
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

سری ساخت : ۴۰۲۸۳/

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : simense

%CV	SD	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۱۰	۰.۷۳۲	۷.۵۰۹	۸.۲۴۱	۸.۹۷۳	۹.۷۰۵	۱۰.۴۳۷	۱۱.۱۶۹	۱۱.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۹.۴۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۸
۹.۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۹
۸.۹۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۱
۹.۴۲	۱۴۰۰/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۸.۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۱
۹.۸۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۹.۷۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۹.۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۹.۲۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸.۱	۱۴۰۰/۱۲/۰۷

مقدار	تاریخ
۸.۹۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۸.۷۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۴
۸.۹۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۵
۹.۰۹	۱۴۰۰/۱۱/۲۶
۸.۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۸
۷.۵۴	۱۴۰۰/۱۱/۳۰

CV%: 6.371	SD: 0.574	Mean: 9.015
------------	-----------	-------------

