

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high
سری ساخت : ۳۸۱۱۶۵
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳	۰.۹۶۷	۱۳.۳۹۹	۱۴.۳۶۶	۱۵.۳۳۳	۱۶.۳	۱۷.۲۶۷	۱۸.۲۳۴	۱۹.۲۰۱

مقدار	تاریخ
۱۷.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۹
۱۵.۶۷	۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۵.۶۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۱
۱۶.۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲
۱۵.۹۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۵
۱۶.۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۶

مقدار	تاریخ
۱۵.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۹
۱۶.۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۱
۱۵.۰۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۲
۱۵.۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۷.۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۵
۱۶.۳۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۶
۱۶.۵۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸

مقدار	تاریخ
۱۳.۹۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۱
۱۵.۶	۱۴۰۰/۰۲/۰۲
۱۶.۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۴
۱۴.۶۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱۴.۸۱	۱۴۰۰/۰۲/۰۶
۱۴.۴۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
۱۶.۳۲	۱۴۰۰/۰۲/۰۸

CV%: 5.707	SD: 0.901	Mean: 15.794
------------	-----------	--------------

