

عنوان آزمایش : Free T3

عنوان دستگاه : e411

سری ساخت : ۳۸۱۱۶۲

عنوان کنترل :

universal low

شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

3SD	2SD	1SD	MEAN	-1SD	-2SD	-3SD	SD	CV%
4.742	4.466	4.19	3.914	3.638	3.362	3.086	0.276	7.042

تاریخ	مقدار
13/03/1400	3.62
17/03/1400	4.21
18/03/1400	3.92

تاریخ	مقدار
08/03/1400	4.21
09/03/1400	4.06
10/03/1400	4.23
11/03/1400	4.31
12/03/1400	4.26

تاریخ	مقدار
02/03/1400	3.46
03/03/1400	3.61
04/03/1400	3.68
05/03/1400	3.91
06/03/1400	4.12

Mean: 3.969	SD: 0.291	CV%: 7.329
-------------	-----------	------------

