

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
عنوان کنترل : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰

%CV	SD	SD ^{۲-}	SD ^{۲-}	SD ^{۱-}	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۶.۹۷۶	۰.۲۶۵	۳.۰۰۷	۳.۲۷۲	۳.۵۳۷	۳.۸۰۲	۴.۰۶۷	۴.۲۳۲	۴.۵۹۷

مقدار	تاریخ
۳.۸۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۸
۳.۷۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مقدار	تاریخ
۳.۷۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۸
۳.۸۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۱

مقدار	تاریخ
۳.۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۴
۳.۷	۱۴۰۰/۰۶/۱۶

CV%: 2.112	SD: 0.08	Mean: 3.807
------------	----------	-------------

