

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۴.۹۹۲	۰.۷۸۸	۱۳.۴۳۳	۱۴.۳۱۱	۱۴.۹۹۹	۱۵.۷۸۷	۱۶.۵۷۵	۱۷.۳۶۳	۱۸.۱۵۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۸۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۵
۱۶.۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۶
۱۶.۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۶.۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۸
۱۷.۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۶.۳۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۴
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۱۵.۹۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۸
۱۵.۴۳	۱۴۰۰/۰۷/۱۹
۱۶.۲۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۰
۱۵.۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۱
۱۵.۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲
۱۶.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۵.۲۷	۱۴۰۰/۰۷/۰۳
۱۵.۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۰۴
۱۶.۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۰۶
۱۵.۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۷
۱۵.۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۵.۶۱	۱۴۰۰/۰۷/۱۰
۱۴.۹۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۵.۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۲

CV%: 4.377	SD: 0.695	Mean: 15.87
------------	-----------	-------------

