

biorad II : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

سری ساخت : -/۴۰۲۸۲

Free T3 : عنوان آزمایش :
simense : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۱۰	۰.۵۰۷	۴.۹۸۹	۵.۴۹۶	۶.۰۰۳	۶.۵۱	۷.۰۱۷	۷.۵۲۴	۸.۰۳۱

مقدار	تاریخ
۶.۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۹
۶.۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۰
۵.۹۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۶.۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۶.۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۲۵

مقدار	تاریخ
۷.۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۱
۶.۴۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۲
۶.۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۱۳
۶.۶۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۵
۵.۷۶	۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۶.۸۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۷
۶.۱۷	۱۴۰۰/۰۸/۱۸

مقدار	تاریخ
۶.۱۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۳
۶.۹۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۴
۶.۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۶.۳۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۶
۶.۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۸
۷.۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹
۷.۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۱۰

CV%: 6.701	SD: 0.434	Mean: 6.482
------------	-----------	-------------

