

Biorad : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

Free T3 : عنوان آزمایش :
الایزایدر : عنوان دستگاه :
سری ساخت : m30L1J1

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۵.۷	۰.۲	۰.۴	۰.۶	۰.۸	۱	۱.۲	۱.۴	۱.۶

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۲

مقدار	تاریخ
۱.۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۴
۱.۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۷
۱.۲	۱۴۰۰/۱۰/۰۱

مقدار	تاریخ
۱.۴	۱۴۰۰/۰۹/۱۴
۱.۲	۱۴۰۰/۰۹/۱۷
۱.۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۸

CV%: 6.259	SD: 0.079	Mean: 1.257
------------	-----------	-------------

