

UNIVERSAL II : عنوان کنترل :
شروع کنترل
۱۴۰۰/۱۰/۰۵:

سری ساخت : ۴۶۹۸۴۳

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : کوباس ۶۰۰۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۴.۳۸۹	۰.۶۴۶	۱۲.۷۹۲	۱۳.۴۳۸	۱۴.۰۸۴	۱۴.۷۳	۱۵.۳۷۶	۱۶.۰۲۲	۱۶.۶۶۸

مقدار	تاریخ
۱۴.۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵
۱۳.۷۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۷
۱۵.۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۱۵.۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۴.۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۸
۱۴.۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۰
۱۶.۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۱۵.۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۱۵.۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳
۱۵.۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۴

مقدار	تاریخ
۱۴.۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱
۱۴.۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۴
۱۶.۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
۱۴.۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۱۴.۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۷

CV%: 5.078	SD: 0.754	Mean: 14.843
------------	-----------	--------------

