

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : e411  
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high  
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵  
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>2</sup> -	SD <sup>1</sup> -	MEAN	SD <sup>1</sup>	SD <sup>2</sup>	SD <sup>2</sup>
۳	۰.۸۶۷	۱۱.۶۹۹	۱۲.۵۶۶	۱۳.۴۳۳	۱۴.۳	۱۵.۱۶۷	۱۶.۰۳۴	۱۶.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۵.۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸
۱۵.۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۱
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵
۱۴.۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷

مقدار	تاریخ
۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷
۱۴.۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲
۱۵.۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۴.۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴

CV%: 3.912	SD: 0.576	Mean: 14.732
------------	-----------	--------------

