

عنوان کنترل : abbot I

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Free T3

عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۶	۰.۳۱۸	۲.۳۴۱	۲.۵۵۹	۲.۸۷۷	۳.۱۹۵	۳.۵۱۳	۳.۸۳۱	۴.۱۴۹

مقدار	تاریخ
۳.۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶

مقدار	تاریخ
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳.۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳.۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵

CV%: 5.201	SD: 0.179	Mean: 3.437
------------	-----------	-------------

