

عنوان کنترل : abbot I

شروع کنترل: ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

سری ساخت : ۳۵۰۰۶۲۱۲

عنوان آزمایش : Free T3

عنوان دستگاه : Abbott

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₃ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₃
۳.۶	۰.۳۱۸	۲.۲۴۱	۲.۵۵۹	۲.۸۷۷	۳.۱۹۵	۳.۵۱۳	۳.۸۳۱	۴.۱۴۹

مقدار	تاریخ
۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۲.۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۵
۳.۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
۳.۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۵
۳.۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۶

مقدار	تاریخ
۳.۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۶
۳.۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷
۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰
۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۳
۳.۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴
۳.۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۸
۳.۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳.۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۰
۳.۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶
۳.۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۷
۳.۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱
۳.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۳

CV%: 8.691	SD: 0.289	Mean: 3.321
------------	-----------	-------------

