

عنوان کنترل : کنترل داخل کیت  
شروع کنترل :  
۱۴۰۰/۰۴/۱۷:

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۴۰۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۰	۰.۲	۲.۹	۲.۱	۲.۲	۲.۵	۲.۷	۲.۹	۴.۱

مقدار	تاریخ
۲.۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸
۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۱

مقدار	تاریخ
۲.۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸
۲.۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۵

مقدار	تاریخ
۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷
۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۷

CV%: 3.883	SD: 0.138	Mean: 3.55
------------	-----------	------------

