

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
سری ساخت : ۴۶۹۸۴۰
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal low
شروع کنترل : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

%CV	SD	SD ₂ -	SD ₂ -	SD ₁ -	MEAN	SD ₁	SD ₂	SD ₂
۳.۰۴۳	۰.۱۱۸	۳.۵۱۲	۳.۶۳	۳.۷۴۸	۳.۸۶۶	۳.۹۸۴	۴.۱۰۲	۴.۲۲

مقدار	تاریخ
۴.۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳.۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۸
۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳
۴.۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۲
۳.۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳.۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷

CV%: 5.377	SD: 0.207	Mean: 3.85
------------	-----------	------------

