

عنوان کنترل :  
شروع کنترل  
۱۴۰۱/۰۴/۰۷:

عنوان آزمایش : Free T3  
عنوان دستگاه : الیزابدر  
سری ساخت : ۰۱۰۰۱

%CV	SD	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۲-</sup>	SD <sup>۱-</sup>	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۲</sup>
۵.۶	۰.۲۳۳	۲.۶۰۱	۲.۸۳۴	۲.۰۶۷	۳.۳	۳.۵۳۳	۳.۷۶۶	۳.۹۹۹

مقدار	تاریخ
۳.۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱

مقدار	تاریخ
۳.۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۳.۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۲
۳.۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۴
۳.۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۹

مقدار	تاریخ
۳.۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۴
۳.۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۶
۳.۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۱
۳.۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶

CV%: 4.392	SD: 0.158	Mean: 3.6
------------	-----------	-----------

