

عنوان آزمایش : Free T3
عنوان دستگاه : e411
عنوان کنترل : عنوان کنترل : universal - high
سری ساخت : ۵۵۶۴۰۵
شروع کنترل : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

%CV	SD	SD ^۲ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۲
۳	۰.۸۶۷	۱۱.۶۹۹	۱۲.۵۶۶	۱۳.۴۳۳	۱۴.۳	۱۵.۱۶۷	۱۶.۰۳۴	۱۶.۹۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۹
۱۴.۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۰
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۲

مقدار	تاریخ
۱۵.۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
۱۴.۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۵
۱۴.۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
۱۴.۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۷

مقدار	تاریخ
۱۳.۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱
۱۵.۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۵
۱۵.۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۶
۱۴.۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱
۱۴.۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۲

CV%: 4.251	SD: 0.625	Mean: 14.706
------------	-----------	--------------

